

HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU

Matični broj: 01993666

OIB 5615111279

Ev. broj nabave: EV-JN/2018-28

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

NABAVA DIJAGNOSTIČKIH MONITORA I GRAFIČKIH KARTICA

listopad, 2018. godine

Sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Hrvatski zavod za telemedicinu nije obavezan provesti postupak javne nabave robe i usluga za predmet nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kn (tzv. jednostavna nabava).

Sukladno članku 447. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), dalje u tekstu ZJN 2016, Naručitelj je dužan u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ZJN 2016, Interne akte o bagatelnoj nabavi uskladiti s odredbama ZJN 2016.

1. PODACI O NARUČITELJU

1.1. Naziv i sjedište Naručitelja

- o Naziv: Hrvatski zavod za telemedicinu
- o Sjedište – adresa: 10 000 Zagreb, Ksaver 211
- o Telefonski broj: 01/549-6088
- o Telefaks: 01/549-6099
- o Internetska adresa: www.ztm.hr
- o E-pošta: info@ztm.hr

1.2. Osoba zadužena za kontakt

- o Ime i prezime: Katarina Matković
- o Odjel: Odjel za opće i pravne poslove
- o Telefon: 01/549-6088,
- o Fax: 01/549-6099
- o Adresa el. pošte: katarina.matkovic@ztm.hr

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJEM/IZMJENU POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE;

1. Sva komunikacija između Naručitelja i Ponuditelja obavlja se elektroničkim putem, odnosno elektroničkom poštom (katarina.matkovic@ztm.hr)

1.3. Evidencijski broj nabave: EV-JN/2018-28

1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi

Naručitelj, Hrvatski zavod za telemedicinu, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

- Rokovača d.o.o. OIB: 25107817189, Zagreb, Hribarov prilaz 13,
- AMALIA d.o.o., za trgovinu i usluge, Jordanovac 117, 10 000 Zagreb, OIB: 82804103908.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave: 198.000,00 kn bez PDV-a

2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je nabava Dijagnostičkih monitora i grafičkih kartica (uz 3MP monitore potrebne su grafičke kartice koje mogu prikazati određenu paletu sive) za potrebe Hrvatskoga zavoda za telemedicinu, CPV – 33195100-4, prema tehničkoj specifikaciji i Troškovniku u prilogu ove dokumentacije.

Predmet nabave čini jednu cjelinu i nije podijeljen na grupe.

Medicinska oprema, odnosno dijagnostički monitor i grafička kartica koji čine predmet nabave moraju biti proizvod renomiranih svjetskih proizvođača (brand name).

2.2. Količina predmeta nabave

Predmet nabave i količina specificirani su u Troškovniku (Dio II).

Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti u cijelosti popunjen Dio II Troškovnik.

2.3. Tehnička specifikacije predmeta nabave

Tehnička specifikacija predmeta nabave (Dio III).

Prilikom popunjavanja tehničkih specifikacija ponuditelj je dužan označiti rubriku Ponuđeno sa DA ili NE za svaku stavku tehničke specifikacije te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda i/ili Upute za rukovanje, i/ili Izjava proizvođača) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika.

2.4. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite do **30. listopada 2018. godine do 12:00 h**, osobno, poštom na adresu: Ksaver 211, 10 000 Zagreb, faksom ili elektroničkom poštom.

Gospodarski subjekti mogu zahtijevati pojašnjenja vezano za poziv za dostavu ponuda **u roku od 3 (tri) radna dana** od dana primitka/objave poziva za dostavu ponuda i to putem elektroničke pošte.

2.5. Kriteriji odabira ponude

Najniža cijena.

2.6. Jezik i pismo na kojem se dostavlja ponuda

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Svi dokazi priloženi ponudi moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

2.7. Način određivanja cijene ponude i rok valjanosti ponude.

Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu s cijenom u kunama. Jedinična cijena je nepromijenjena za vrijeme trajanja ugovora.

Cijena ponude iskazuje se na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. ovog Poziva na dostavu ponude.

Cijena se piše u brojkama.

U cijenu ponude bez PDV računavaju se svi troškovi te popusti ponuditelja.

Također cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV, iznos PDV te cijena ponude s PDV-om.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, a u troškovniku se navode jedinične cijene.

Ponuditelj mora ponuditi sve stavke navedene u troškovniku i popuniti sve rubrike u troškovniku predviđene za ispunjavanje. Za jednu stavku nije dozvoljeno nuditi više cijena ili alternative.

Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

2.8. Način izvršenja nabave, rok izvršenja i rok trajanja ugovora

S odabranim ponuditeljem sklapa se Ugovor.

Rok izvršenja ugovora do 30 dana od sklapanja ugovora.

Rok trajanja ugovora - 90 dana od isteka roka za dostavu ponude.

Ugovor o nabavi sklopit će se najkasnije u roku od **30 dana** od dana dostave obavijesti o odabiru ponude svim ponuditeljima.

2.9. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje se obavlja na temelju sklopljenog Ugovora s odabranim ponuditeljem, unutar 30 dana od dana zaprimanja računa i Zapisnika o uspješnoj izvršenoj primopredaji opreme.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1 Neplaćanje poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga odlomka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga odlomka.

Potvrda porezne uprave ne smije biti starija od 30 dana, računajući od dana početka postupka nabave.

Tražen dokaz može se dostaviti i u neovjerenoj preslici.

4. UVJETI SPOSOBNOSTI KOJE PONUDITELJ MORA ISPUNITI DA BI DOKAZAO SPOSOBNOST IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE I DOKAZI SPOSOBNOSTI KOJE JE DUŽAN DOSTAVITI

4.1 Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.1.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, odnosno odgovarajuća potvrda.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerenim potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave. Ponuditelj mora dokazati da je

registriran za obavljanje poslova odnosno djelatnosti koja je predmet nabave, da je ovlašten za poduzimanje pravnih radnji te sklapanje ugovora.

4.1.2. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode glede ispunjavanja uvjeta za promet na veliko medicinskim proizvodima klase rizika I, II a, II b, III i in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda u originalnom pakiranju proizvođača sukladno Zakonu o lijekovima („Narodne novine“ br. 76/13 i 90/14) te odredbi članka 55. Zakona o medicinskim proizvodima („Narodne novine“ 76/13).

Traženi dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

4.2. Tehnička i stručna sposobnost

Tehnička i stručna sposobnost se dokazuje dostavljanjem slijedećih dokaza:

4.2.1 Izjava ponuditelja (dokaz) da ponuditelj ima servisni centar (podružnice) na području Republike Hrvatske radi kvalitetnog i pravovremenog servisnog održavanja – i u istoj izjavi opisati način rada i kontaktiranja odnosno prijavljivanja neispravnosti isporučene opreme.

4.2.2 Detaljna tehnička specifikacija ili tehnički katalog ponuđene opreme - iz kojih je vidljivo da ponuđeni proizvod odgovara traženim minimalnim tehničkim specifikacijama.

- U tehničkoj specifikaciji moraju se naznačiti markerom i rednim brojem tehnički podaci koji su traženi u zahtjevima u tehničkoj specifikaciji iz Priloga III.

4.2.3. Potvrda o sukladnosti, tzv. „CE certifikat“, odnosno dokaz da proizvod ima CE oznaku, sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima („Narodne novine“, br. 76/13).

Naručitelj će prihvatiti potvrdu – tzv. „CE certifikat“ izdan od strane nadležnih instituta ili priznatih tijela za kontrolu kvalitete, sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima („Narodne novine“ br. 76/13), Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda (Narodne novine, br. 84/2013) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima.

4.2.4. Izjava o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity) sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) i sukladno odredbama članka 31. stavka 1. Zakona o medicinskim proizvodima („Narodne novine“, br. 76/13).

- Ponuditelj je sposoban ako ima Izjavu o sukladnosti proizvoda koju izdaje proizvođač i na kojoj se obavezno nalazi podatak o tome tko je ovlašten zastupnik proizvođača u EU.

4. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE:

1. Popunjen i potpisan Ponudbeni list,
2. Popunjen Troškovnik (ovjeren i potpisan)
3. Popunjena Tehnička specifikacija (ovjerena i potpisana)
4. Dokazi:

- a) Potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave ili drugi jednakovrijedan dokument sukladno točki 3. Poziva na dostavu ponude,
- b) Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, odnosno odgovarajuća potvrda;
- c) Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode glede ispunjavanja uvjeta za promet na veliko medicinskim proizvodima;
- d) Izjava ponuditelja (dokaz) da ponuditelj ima servisni centar;
- e) Detaljna tehnička specifikacija ili tehnički katalog ponuđene opreme i /ili potvrda i /ili Upute za rukovanje i /ili Izjava proizvođača;
- f) Potvrda o sukladnosti, tzv. „CE certifikat“;
- g) Izjava o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity).

5. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda nije javno te će se održati u prostorijama Hrvatskog zavoda za telemedicinu, na adresi Ksaver 211, 10 000 Zagreb, dana **31. listopada 2018. godine** u 10:00 h.

Prilikom pregleda i ocjena ponuda na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe propisa iz područja javne nabave.

Za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude dovoljna je jedna valjana ponuda.

5.1. Obavijest o rezultatima predmetne nabave

Odluku o odabiru /poništenju, Naručitelj će dostaviti ponuditelju mailom ili objavom na internet stranici Zavoda u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Ugovor o nabavi sklopit će se najkasnije u roku od **30 dana** od dana dostave obavijesti o odabiru ponude svim ponuditeljima.

I. PONUDBENI LIST

Predmet nabave: Nabava Dijagnostičkih monitora i grafičkih kartica

Naručitelj: Hrvatski zavod za telemedicinu, Ksaver 211, 10 000 Zagreb, OIB: 56151111279,

Odgovorna osoba Naručitelja: Mladen Novosel, dipl. ing., Ravnatelj,

-Ispunjava ponuditelj (čitko štampanim slovima):

Naziv Ponuditelja: _____

OIB: _____

Adresa (Poslovno sjedište): _____

Poslovni račun (IBAN): _____

BIC (swift) i /ili naziv poslovne banke: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (označiti odgovarajuće):

- DA
- NE

Adresa za dostavu pošte: _____

e-Pošta: _____

Kontakt osoba: _____ tel: _____ fax: _____

Jamstvo (min 5 (pet) godina): - za monitore

- DA
- NE

Jamstvo (min 3 (tri) godine): - za grafičke kartice

- DA
- NE

PONUĐA

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____ 2018. godina.

Ponuda vrijedi 60 dana od dana otvaranja ponuda.

CIJENA

Cijena ponude, kn bez PDV-a: _____

Porez na dodanu vrijednost: _____

Cijena ponude, kn s PDV-om: _____

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

M.P. Ime i prezime _____

potpis _____

1 Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

II. TROŠKOVNIK- NABAVA DIJAGNOSTIČKIH MONITORA I GRAFIČKIH KARTICA

Predmet nabave: Nabava dijagnostičkih monitora i grafičkih kartica

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Točka broj	Opis stavke	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena po stavci bez PDV-a
1.1.	Dijagnostički monitor 3 MP	5		
1.2.	Grafička kartica za dijagnostički monitor 3 MP	5		
1.3	Dijagnostički monitor 2MP	9		
SVEUKUPNO BEZ PDV-a				
PDV				
SVEUKUPNO S PDV-om				

(IME I PREZIME, te potpis ovlaštene osobe)

M.P.

1 Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

III. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Red. br.	Opis predmeta nabave tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti software/uređaj	Potvrda tehničkih karakteristika – označiti rubriku sa DA ili NE	Obavezno upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Dijagnostički monitor 3 MP			
1.	Tip panela: Monokromatski (IPS)		
2.	Pozadinsko osvjetljenje: LED		
3.	Veličina dijagonale aktivnog ekrana: 54 cm / 21.3"		
4.	Fizička razlučivost: 1536 x 2048 (3:4 razmjer proporcija)		
5.	Veličina aktivne slike (horizontalno x vertikalno): 324.8 x 433.1 mm		
6.	Pixel pitch: 0.2115 x 0.2115 mm		
7.	Tonovi sive: 10-bit (DisplayPort): 1024 iz palete od 16369 tonova 8-bit: 256 iz palete od 16369 tonova		
8.	Kut gledanja (horizontalno / vertikalno): 176°/176°		
9.	Osvjetljenje: 1200 cd/m ²		
10.	Preporučeno osvjetljenje za kalibraciju: 500 cd/m ²		
11.	Omjer kontrasta: 1400:1		
12.	Vrijeme odziva: 40 ms (upaljeno / ugašeno)		

13.	Ulazni konektori: 1x DVI-D (dual link), 1x DisplayPort		
14.	Digital Scanning Frequency (horizontalno / vertikalno): 31 - 127 kHz / 29 - 61.5 Hz, Frame synchronous mode: 29.5 - 30.5 Hz, 59 - 61 Hz		
15.	USB: USB 2.0, 1 ulaz (tip B) / 2 izlaza (tip A)		
16.	Maksimalna potrošnja snage: 90W		
17.	Čuvanje snage: 1.6W ili manje		
18.	Upravljanje snagom: DVI DMPM, DisplayPort 1.1a		
19.	Senzori: Senzor pozadinskog osvjetljenja, integrirani prednji senzor, senzor prisustva, senzor ambijetalnog osvjetljenja		
20.	Funkcije: Stabilizacija osvjetljenja, digital uniformity equalizer, CAL switch		
21.	Certifikacije i standardi: CE, EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, WEEE, CCC, EAC		
22.	FDA: 510(k) Clearance for General Radiography		
23.	Garancija: 5 godina		
24.	VESA: 100x100 mm		
25.	Stalak: Podesiv po visini, nagibu i rotaciji		
Grafička kartica za dijagnostički monitor 3 MP			
1.	Memorijska propusnost: 82 GB/s		
2.	Izlazni konektori: 4x miniDisplayPort (podrška za Daisy chain)		

3.	Kablovi za pretvorbu (uz grafičku karticu): Dva komada miniDisplayPort na DisplayPort i dva komada miniDisplayPort na DVI-D		
4.	Utor: 1		
5.	Kućište: Standardno i low-profile		
6.	Prikaz tonova sive: 10-bit, 8-bit		
7.	Memorijsko sučelje: 128-bit		
8.	Maksimalna potrošnja snage: 75W		
9.	Količina memorije: 4GB GDDR5		
10.	Sabirnica: PCI Express 3.0 x 16		
11.	Garancija: 3 godine		
12.	Maksimalan broj spojenih monitora: 4		
13.	Dimenzije (širina x visina): 153.9 x 68.9 mm		
	Dijagnostički monitor 2 MP		
1.	Tip panela: Color (IPS)		
2.	Pozadinsko osvjetljenje: LED		
3.	Veličina dijagonale aktivnog ekrana: 54 cm / 21.3"		
4.	Fizička razlučivost: 1200x1600 (3:4 razmjer proporcija)		

5.	Veličina aktivne slike (horizontalno x vertikalno): 324.0 x 432.0 mm		
6.	Pixel pitch: 0.270 x 0.270 mm		
7.	Prikaz boja: 10-bitne boje (DisplayPort): 1.07x10 ⁹ maksimalnih boja 8-bitne boje: 16.77 milijuna iz palete od 543x10 ⁹ boja		
8.	Kut gledanja (horizontalno / vertikalno): 178°/178°		
9.	Osvjetljenje: 420 cd/m ²		
10.	Preporučeno osvjetljenje za kalibraciju: 500 cd/m ²		
11.	Omjer kontrasta: 1500:1		
12.	Vrijeme odziva: 20 ms (upaljeno / ugašeno)		
13.	Ulazni konektori: 1x DVI-I, 1x DisplayPort		
14.	Digital Scanning Frequency (horizontalno / vertikalno): 31 - 100 kHz / 59 - 61 Hz		
15.	Analog Scanning Frequency (horizontalno / vertikalno): 26 - 100 kHz / 49 - 76 Hz		
16.	USB: USB 2.0, 1 ulaz (tip B) / 2 izlaza (tip A)		
17.	Maksimalna potrošnja snage: 48W		
18.	Čuvanje snage: 0.5 W ili manje		
19.	Upravljanje snagom: DVI DMPM, DisplayPort 1.1a, analogno - VESA DPM		
20.	Senzori: Senzor pozadinskog osvjetljenja, integrirani prednji senzor, senzor prisustva		

21.	Funkcije: Stabilizacija osvjetljenja, digital uniformity equalizer, CAL switch		
22.	Certifikacije i standardi: CE, EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, WEEE, CCC, EAC		
23.	FDA: 510(k) Clearance for General Radiography		
24.	Garancija: 5 godina		
25.	VESA: 100x100 mm		
26.	Stalak: Podesiv po visini, nagibu i rotaciji		

1. _____ /

PROIZVOĐAČ/MODEL: _____

(navodi Ponuditelj)

2. _____ /

PROIZVOĐAČ/MODEL: _____

(navodi Ponuditelj)

3. _____

PROIZVOĐAČ/MODEL: _____

(navodi Ponuditelj)

(IME I PREZIME, te potpis ovlaštene osobe)

M.P.